

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

**ELIT LXP-2, LUX-måler****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Luxmåler (lysmåler) med både digitalt display og analog (bargraf) visning. Instrumentet kan måle Lux og Fc. Maks- og minimumsfunksjon, samt Peak (toppverdi), vil gjøre målejobben enda enklere. Hold funksjonen fryser målt verdi på displayet og REL funksjonen muliggjør relativ måling av lux verdier. Instrumentet har lys i displayet og leveres med batteri, plastkoffert, programvare, kalibreringssertifikat og USB-ledning.

Oppløsning på 0,1 lx

Målinger av alle typer lyskilder inkludert: LED-lamper, glødelamper, fluorescerende lamper, elektrodeløse lamper, høy- og lavtrykkslamper  
Ikke nødvendig å bruke korreksjonsfaktorer

Fotodioder med filtre gjør de spektrale følsomhetskarakteristikkene godt tilpasset kravene til C.I.E.

Spektral følsomhetskarakteristikk: Den brukte fotodiode med filtre gir mulighet for en god treffsikkerhet av den spektrale følsomhetskarakteristikken og kravene i CIEkurve (International Commission on ILLUMINATION)

Funksjoner:

Datahold for frysing av måleverdier

Automatisk nullstilling

Peak-hold for frysing av toppsignalet til lyspuls

Velge målemodus i Lux eller FC skala

MAX og MIN resultater lagres Relativ modus

Lettlest stort bakgrunnsbelyst display

USB-tilkobling mot PC

Innebygd minne: 99 plasser 16 000 verdier registrerer i datalogger

Automatisk avslåing

**El.nummer:** 8001115

**Art.nummer:** 102 200 15

**GTIN nummer:** 7070810000135

**Dimensjon:** 170 x 80 x 40mm

**Materialet:** Støpt plastmateriale

**Overflatebehandling:** Dobbelstøpt

**Øvrige opplysninger:** Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-2, LUX-måler

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

IP20

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-2, LUX-måler

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)